


9. МАРКИРОВКА ВЕСОВ

Маркировка весов должна соответствовать требованиям ГОСТ OIML R 76-2011-1, таблички должны соответствовать ГОСТ 12969.

Надписи, знаки и изображения на табличках должны быть выполнены типографским способом. Фон лицевой поверхности таблички должен быть цвета металла. Надписи, знаки и места для нанесения маркировки — черным или голубым. Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, должны соответствовать ГОСТ 26.020, ГОСТ 2930, и чертежам разработчика документации.

Маркировка весов производится на разрушаемой при удалении фирменной наклейке, закрепленной на каждом грузоприемном устройстве с боковой стороны и на корпусе индикатора. На наклейку наносится следующая маркировка:

- полное наименование изготовителя;
- класс точности;
- обозначение весов;
- максимальная нагрузка (Max);
- минимальная нагрузка (Min);
- поверочное деление ϵ ;
- знак утверждения типа;
- серийный номер весов;
- номер государственного реестра;
- номер ГОСТ;
- действительная цена деления (d);
- входное напряжение;
- предельные значения температур (указываются на весоизмерительном устройстве весов в морозостойком исполнении);
- год производства весов.



Маркировка на грузоприемном устройстве и индикаторе

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие — изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям ТУ 4274-010–58169787-2010 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки весов заводом-изготовителем.

10.3. Гарантийный и послегарантийный ремонт весов производит предприятие-изготовитель или специализированные предприятия, осуществляющие ремонт контрольно-измерительных приборов.