



Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии
ФБУ «Калужский ЦСМ»

БУ078357

Аттестат аккредитации № RA.RU.311265, бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 4-4737

Действительно до
26 июля 2018 г.

Средство измерений Весы стационарные электронные,

наименование, тип, модификация

Альфа АВ-А-20-(SQB)

(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков,
то приводится их перечень и заводские номера)

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений **48972-12**

заводской номер (номера) **1714**

серия и номер знака предыдущей поверки

отсутствует

(если такие серия и номер имеются)

поверено: на соответствие утвержденному типу

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений
(если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с ГОСТ Р-53228-2008 «Весы неавтоматического действия»

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Весовой комплекс для безгирной поверки подкладных автомобильных весов Альфа АВ-ВК 30000, 3.1. ЗБУ.0336.2014**

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке)

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура воздуха, °C **20** Относительная влажность воздуха, % **40** Атмосферное давление, кПа **100**

приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов **первичной** (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки



Начальник сектора

подпись

А. А. Затеев

инициалы, фамилия

Поверитель

подпись

В.А.Шамандрин

инициалы, фамилия

Дата поверки **27 июля 2017 г.**

